گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴ دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۲۱۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۱۲۸۰	Others	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰
۳	کومبس رایت	۱/۲۵۶۰	Others	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	2ME	۱/۶۴۰	Others	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰