انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره سی و نهم تابستان 1400

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

آزمایشگاه نوبل	**EQAP-10814**	**1117**کد نمونه	

مشخصات دستگاه سل کانتر		
نام		Mindray
مدل		Mindray. Bc-6800
< 0.5	**DI**	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	**DI**	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	**DI**	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	**DI**	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	**DI**	وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	**DI**	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb	g/dL	13.70	353	13.13	3.34	1.45
Hct	%	38.60	341	37.25	4.19	0.91
MCH	pg	30.50	349	30.15	3.40	0.38
MCHC	g/dL	35.70	347	35.23	3.82	0.33
MCV	fL	85.20	319	84.78	3.34	0.12
Plt	$x10^3/\mu L$	273.00	344	283.13	10.17	0.36
RBC	$x10^6/\mu L$	4.51	343	4.37	2.63	1.10
WBC	$x10^3/\mu L$	19.41	342	20.53	5.45	0.68

Copyright © 2021 IACLD. All rights reserved.