EQAP Panel Toggle navigation

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره چهل و یکم زمستان 1400

B2 Results

نمونه مجهول مارکر قلبی B2.1

کد نمونه	1107	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل

< 0.5	**DI**	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	**DI**	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	**DI**	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	**DI**	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	**DI**	وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	**DI**	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Troponin I	ng/mL	0.24	25	0.23	25.65	0.40

Copyright © 2022 IACLD. All rights reserved.