گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴ دوره دوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۴۴۰

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	Troponin I (ng/mL)	۰.۱۵۷	۰.۱۱	۱۵.۹۶	0.91	۷.۷۲ %	جزئیات
۲	CK MB Mass (ng/mL)	۱۱	۱۰.۲۶	۳۳.۸۹	۰.۴۸	۷.۲۵%	جزئیات
۳	CK (U/L)	۸۵	۸۲.۲۷	۷.۶۱	۰.۲۲	۳.۳۲%	جزئیات

SDI≥۳	۲≤SDI≤۲.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	SDI≤۰.۹۹
غیرقابل قبول	هشدار	قابل قبول	حوب