گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لئوفیلیزه

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴ دوره اول سال ۱۴۰۵ نمونه: ۱۴۰۵H۱۳۰

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	PT (INR)	۱.۳۷۱	۱.۳۱	۱۴.۳۶	۰.۴۹	۴.۴۲%	جزئیات
۲	PTT (Second)	۴۰.۲۷	۴۴.۵۱	۶.۴	-۱.۰۶	۹.۵۳%	جزئیات

SDI≥۳	۲≤SDI≤۲.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	SDI≤۰.۹۹
غیرقابل قبول	هشدار	قابل قبول	حوب