گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴

دوره اول سال ۱۴۰۵ نمونه: ۱۴۰۵B۱۲۰

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein (mg/L)	۱۲۰	۱۳۴.۶۶	۱۷.۸۷	-۱.۰۹	۱۰.۸۸%	جزئیات
۲	Urine Microalbumin (mg/L)	۱۱۸	۱۱۵.۳۴	۱۴.۳۷	۰.۱۱	۲.۳%	جزئیات
۳	Urine Creatinine (mg/dl)	۳۵.۳	۴۰.۰۶	۱۵.۳۸	-۰.۵۷	۱۱.۸۹%	جزئیات

SDI≥۳	۲≤SDI≤۲.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	SDI≤۰.۹۹
غیرقابل قبول	هشدار	قابل قبول	حوب