# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴

دوره اول سال ۱۴۰۵ نمونه: ۱۴۰۵B110

| # | Test | Your Result | Target | %CV | SDI | %Dev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Glucose ( mg/dl ) | ۲۷۷ | ۲۶۵.۱۱ | ۴.۹۴ | ۰.۷۵ | ۴.۴۸% | جزئیات |
| ۲ | Urea ( mg/dl ) | ۱۱۹.۸ | ۱۱۱.۸۸ | ۱۰.۱۷ | 0.715 | ۷.۰۸% | جزئیات |
| ۳ | Uric Acid ( mg/dl ) | ۸.۶ | ۸.۶۷ | ۶.۵۸ | -۰.۱۰ | ۰.۷۷% | جزئیات |
| ۴ | Creatinine ( mg/dl ) | ۳.۳۷ | ۳.۵۳ | ۸.۵۱ | -۰.۵۰ | ۴.۴۵% | جزئیات |
| ۵ | Total Bilirubin ( mg/dl ) | ۵.۰ | ۴.۷۰ | ۹.۶۸ | ۰.۴۳ | ۶.۴۷% | جزئیات |
| ۶ | Direct Bilirubin ( mg/dl ) | ۱.۷۳ | ۱.۷۶ | ۱۰.۸۱ | -۰.۱۰ | ۱.۹۳% | جزئیات |
| ۷ | Cholestrol ( mg/dl ) | ۳۱۹ | ۳۰۳.۲۵ | ۴.۹۱ | ۰.۸۷ | ۵.۱۹% | جزئیات |
| ۸ | Triglyceride ( mg/dl ) | ۲۶۰ | ۲۵۲.۰۶ | ۷.۴۶ | ۰.۴۱ | ۳.۱۵% | جزئیات |
| ۹ | HDL ( mg/dl ) | ۶۶ | ۸۳.۱۴ | ۲۲.۶۴ | -۱.۷۲ | ۲۰.۶۱% | جزئیات |
| ۱۰ | LDL ( mg/dl ) | ۱۵۴ | ۱۴۴.۷۰ | ۱۴.۳۶ | ۰.۴۳ | ۶.۴۳% | جزئیات |
| ۱۱ | Albumin ( g/dl ) | ۳.۲ | ۳.۱۰ | ۵.۳۲ | ۰.۵۲ | ۳.۱۳% | جزئیات |
| ۱۲ | Protein ( g/dl ) | ۴.۷۲ | ۵.۰۰ | ۶.۷۱ | -۱.۱۳ | ۵.۶۶% | جزئیات |
| ۱۳ | ALP ( IU/L ) | ۴۹۵ | ۵۲۳.۸۵ | ۹.۶۱ | -۰.۳۶ | ۵.۵۱% | جزئیات |
| ۱۴ | AST ( IU/L ) | ۱۲۵ | ۱۲۴.۵۸ | ۷.۴۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۳% | جزئیات |
| ۱۵ | ALT ( IU/L ) | ۱۵۴ | ۱۴۷.۸۹ | ۸.۱۶ | ۰.۴۱ | ۴.۱۳% | جزئیات |
| ۱۶ | CPK ( IU/L ) | ۵۷۹ | ۵۷۰.۴۸ | ۷.۶۸ | ۰.۱۰ | ۱.۴۹% | جزئیات |
| ۱۷ | LDH ( IU/L ) | ۶۹۰ | ۶۶۸.۵۶ | ۷.۱۷ | ۰.۴۰ | ۳.۲۱% | جزئیات |
| ۱۸ | Amylase ( IU/L ) | ۳۵۹ | ۳۲۶.۳۴ | ۷.۸۷ | ۰.۸۷ | ۱۰.۰۱% | جزئیات |
| ۱۹ | Lipase ( IU/L ) | ۵۱ | ۵۳.۵۶ | ۲۲.۸۳ | -۰.۲۷ | ۴.۷۹% | جزئیات |
| ۲۰ | GGT ( IU/L ) | ۱۷۷ | ۱۷۹.۸۴ | ۸.۱۳ | -۰.۱۴ | ۱.۵۸% | جزئیات |

| # | Test | Your Result | Target | %CV | SDI | %Dev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | Calcium ( mg/dl ) | ۱۱.۹ | ۱۱.۴۸ | ۵.۰۸ | ۰.۷۴ | ۳.۶۹% | جزئیات |
| ۲۲ | Phosphorus ( mg/dl ) | ۶.۴ | ۶.۶۳ | ۶.۲۸ | -۰.۴۵ | ۳.۴۸% | جزئیات |
| ۲۳ | Iron ( µg/dl ) | ۲۲۵ | ۲۱۲.۱۶ | ۸.۱ | ۰.۵۰ | ۶.۰۵% | جزئیات |
| ۲۴ | TIBC ( µg/dl ) | ۲۱۱ | ۲۳۷.۷۸ | ۱۵.۷۲ | -۰.۷۵ | ۱۱.۲۶% | جزئیات |
| ۲۵ | Transferin ( mg/dl ) | ۱۶۷ | ۱۸۱.۶۹ | ۱۴.۸۱ | -۰.۵۴ | ۸.۰۹% | جزئیات |
| ۲۶ | T۴ ( µg/dl ) | ۱۶.۸۰ | ۱۸.۰۴ | ۱۱.۶۶ | -۰.۵۷ | ۶.۸۵% | جزئیات |
| ۲۷ | TSH ( µU/mL ) | ۱۲.۴۳ | ۱۳.۷۴ | ۲۰.۹۳ | -۰.۷۹ | ۹.۵۱% | جزئیات |
| ۲۸ | Total PSA ( ng/mL ) | ۱۶.۷۴ | ۱۵.۲۷ | ۱۰.۶۶ | ۰.۹۶ | ۹.۶۱% | جزئیات |
| ۲۹ | Ferritin ( ng/mL ) | ۲۴.۹ | ۳۲.۸۹ | ۱۹.۲۴ | -۱.۶۲ | ۲۴.۲۹% | جزئیات |

| SDI≤۰.۹۹ | ۱≤SDI≤۱.۹۹ | ۲≤SDI≤۲.۹۹ | SDI≥۳ |
|---|---|---|---|
| حوب | قابل قبول | هشدار | غیرقابل قبول |