گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴ دوره اول سال ۱۴۰۵ نمونه: ۱۴۰۵H110

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	WBC (×۱۰^۹/L)	7.30	7.78	5.37	-0.77	6.12%	جزئیات
۲	RBC (×۱۰^۱۲/L)	3.59	3.41	2.71	2.61	1.32	جزئیات
۳	Hb (g/L)	107	103.68	2.57	3.63	1.94	جزئیات
۴	Hct (%)	49.3	31.56	4.25	1.72	1.14	جزئیات
۵	MCV (fL)	88.2	92.52	3.52	-1.17	4.67%	جزئیات
۶	MCH (pg)	29.9	30.27	3.01	-0.41	1.23%	جزئیات
۷	MCHC (g/L)	339	328.28	3.82	0.82	3.26%	جزئیات
۸	Plts (×۱۰^۹/L)	309	297.17	8.24	0.40	3.98%	جزئیات

SDI≥۳	۲≤SDI≤۲.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	SDI≤۰.۹۹
غیرقابل قبول	هشدار	قابل قبول	حوب