



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TORCH



دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴S۵۳۰

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴

Sample: ۱۴۰۴S۵۳۰ TORCH دوره سوم سال ۱۴۰۴

#	Test	Your Result	Unit	Your Result	Kit	Test Method	Expected Result
۱	Toxoplasma IgG	۱۲۳.۷	-	-	Pishtaz teb	ELISA	Positive
۲	Rubella (IgG)	۶۵.۵	-	-	Pishtaz teb	ELISA	Positive
۳	CMV (IgG)	۹۷.۷	-	-	Pishtaz teb	ELISA	Positive
۴	HSV (IgG)	۳۷.۹	-	-	Pishtaz teb	ELISA	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	۵۷	۱۷		۹۵	۱
	Negative	۱			۴	
	Suspicious	۱				
Rubella (IgG)	Positive	۶۴	۱۸		۹۶	۱
	Negative				۲	
CMV (IgG)	Positive	۵۸	۱۶		۸۸	۱
	Negative	۱			۵	
	Suspicious	۱				
HSV (IgG)	Positive	۱۸	۲		۸۸	۱

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب استفاده از کیت

CMV (IgG)	RESULT		
	Positive	Negative	Suspicious
CL			
Abbott	۱۵	۰	۰
Architect	۷	۰	۰

CMV (IgG)	RESULT		
	Positive	Negative	Suspicious
Diasorin	۲۵	۰	۰
Siemens	۸	۰	۰
Snibe	۳	۱	۱
ECL			
Roche	۱۶	۰	۰
ELISA			
Chorous	۱۹	۳	۰
Diesse	۳	۱	۰
Euroimmun	۵	۰	۰
Pishtaz teb	۵۷	۱	۰
Vircell	۴	۰	۰
Others			
Others	۱	۰	۰

HSV (IgG)	RESULT		
	Positive	Negative	Suspicious
CL			
Architect	۱	۰	۰
Diasorin	۱۰	۰	۰
Others	۲	۰	۰
Siemens	۱	۰	۰
Snibe	۴	۰	۰
ECL			
Roche	۲	۰	۰
ELISA			
Chorous	۲۰	۰	۰
Diesse	۴	۰	۰
Euroimmun	۴	۰	۰

HSV (IgG)	RESULT		
	Positive	Negative	Suspicious
Orgentec	۱۸	۰	۰
Others	۳	۰	۰
Pishtaz teb	۱۷	۰	۰
Vircell	۲۲	۰	۰
Others			
Others	۱	۰	۰

Rubella (IgG)	RESULT		
	Positive	Negative	Suspicious
CL			
Abbott	۱۶	۰	۰
Architect	۸	۰	۰
Diasorin	۲۷	۰	۰
Siemens	۱۰	۰	۰
Snibe	۳	۰	۰
ECL			
Roche	۱۸	۰	۰
ELISA			
Chorous	۱۶	۱	۰
Diesse	۳	۰	۰
Euroimmun	۴	۰	۰
Others	۱	۰	۰
Pishtaz teb	۶۹	۱	۰
Vircell	۳	۰	۰
Others			
Others	۱	۰	۰

Toxoplasma IgG	RESULT		
----------------	--------	--	--

	Positive	Negative	Suspicious
CL			
Abbott	۱۴	۰	۰
Architect	۵	۰	۱
Diasorin	۲۲	۰	۰
Siemens	۱۱	۰	۰
Snibe	۵	۱	۰
ECL			
Roche	۱۷	۰	۰
ELISA			
Chorous	۱۵	۲	۰
Diesse	۴	۰	۰
Euroimmun	۳	۰	۰
Pishtaz teb	۷۰	۲	۰
Vircell	۳	۰	۰
Others			
Others	۱	۰	۰