گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴ دوره سوم سال ۱۴۰۴ نمونه: ۱۴۰۴B۳۳۰

#	Test	Your Result	Target	%CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c (%)	۶.۰	۶.۱۳	۳.۴۹	-۰.۲۶	۲.۰۴%	جزئیات

SDI≥۳	۲≤SDI≤۲.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	SDI≤۰.۹۹
غیرقابل قبول	هشدار	قابل قبول	حوب