

[برگشت \(/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407\)](/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407)

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

**B4 Results****نمونه مجهول HbA1c B4.2**

کد نمونه 2530	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
HbA1c (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/540/172442)	%	10.00	82	9.81	2.09	0.25