

[برگشت \(/IACLD/Panel/Labs/Answers/45213\)](#)

چاپ

دوره چهل و نهم پائیز 1403

**B4 Results****B4.1 HbA1c نمونه مجهول**

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| کد نمونه 1577 | EQAP-10814 | آزمایشگاه نوبل |
|---------------|------------|----------------|

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| عملکرد عالی (رنگ آبی)                              | DI | < 0.5     |
| عملکرد مطلوب (رنگ سبز)                             | DI | 0.5 - 1.0 |
| نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)          | DI | 1.0 - 2.0 |
| نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) | DI | 2.0 - 3.0 |
| وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)          | DI | > 3.0     |
| نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)  | DI | > 10.0    |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte  | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI      |
|--|------|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| HbA1c (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45213/1669/198858) | %    | 4.50       | 94              | 4.84           | 2.56          | <b>0.88</b> |