دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

چاپ | برگشت (/Panel/Labs/Answers/48783)

B4 Results

B4.1 HbA1c نمونه مجهول

آزمایشگاه نوبل	EQAP-10814	کد نمونه 2321

< 0.5	DI	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	DI	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	DI	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	DI	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	DI	وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	DI	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
HbA1c (/Panel/Analysis/Report/48783/1788/232753)	%	6.30	91	6.41	2.34	**0.21**

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.