

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

• دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره چهارم پائیز 1400

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

1196 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP	ng/mL	15.16	80	14.89	14.58	0.12
Free βhCG	ng/mL	22.70	103	20.66	9.79	0.66
hCG	IU/L	40781.00	79	41723.53	10.57	0.15
Inhibib A	pg/mL	284.40	66	239.87	18.36	1.24

<u>PAPP-A</u>	mIU/mL	5.00	96	4.45	14.87	0.83
<u>Unconjugated E3</u>	ng/mL	1.80	95	1.97	24.81	0.58

Copyright © 2022 [IACLD](#). All rights reserved.