

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

• دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره چهل و یکم زمستان 1400

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 1690 EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

نام	Mindray	
مدل	Mindray. Bc-6800	
< 0.5	DI	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	DI	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	DI	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	DI	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	DI	وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	DI	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

<u>Hb</u>	g/dL	13.10	342	12.93	2.74	0.44
<u>Hct</u>	%	38.20	332	37.73	3.37	0.31
<u>MCH</u>	pg	28.80	338	29.72	3.01	1.04
<u>MCHC</u>	g/dL	34.20	331	34.10	3.07	0.07
<u>MCV</u>	fL	84.20	338	87.08	3.05	0.83
<u>Plt</u>	x10 ³ /μL	286.00	338	255.11	8.34	1.35
<u>RBC</u>	x10 ⁶ /μL	4.54	332	4.33	2.73	1.62
<u>WBC</u>	x10 ³ /μL	19.17	328	19.85	5.66	0.43

Copyright © 2022 **IACLD**. All rights reserved.