

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل
- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و دوم تابستان 1401

G1 Results

HBV-DNA Quantitative NAT.1

آزمایشگاه نوبل	EQAP-10814	1033 کد نمونه
----------------	------------	---------------

رنگ آبی عملکرد عالی (مقبول)	G-DI	
رنگ سبز عملکرد مطلوب (مقبول)	G-DI	
رنگ زرد اختار (نامقبول)	G-DI	
رنگ نارنجی اختار شدید (نامقبول)	G-DI	
رنگ قرمز مردود (نامقبول)	G-DI	

Sample Number	Sample Code	Lab Result	G-Result (LogIU/mL)	G-Median	G-SD	Lab G-DI
Sample1	1033	181590.00	5.26	5.13	1.05	
Sample2	2033	3453.00	3.54	3.60	0.78	
Sample3	3033	2313.90	3.36	3.65	0.70	
Sample4	4033	0.00		2.83	0.58	
Sample5	5033	219.96	2.34	2.81	0.72	

حرف G در کلمات G-SD و G-DI مخفف ژئومتریك (آماره هندسی) میباشد.

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.