

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل
- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [مشخصات آزمایشگاه](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [ثبت نام دوره های جدید](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

G1 Results

HBV-DNA Quantitative NAT.1

1036 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

رنگ آبی عملکرد عالی (مقبول)	G-DI	
رنگ سبز عملکرد مطلوب (مقبول)	G-DI	
رنگ زرد اختار (نامقبول)	G-DI	
رنگ نارنجی اختار شدید (نامقبول)	G-DI	
رنگ قرمز مردود (نامقبول)	G-DI	

Sample Number	Sample Code	Lab Result	G-Result (LogIU/mL)	G-Median	G-SD	Lab G-DI
Sample1	1036	2536958.00	6.40	6.45	0.85	
Sample2	2036	3307.00	3.52	3.73	0.73	
Sample3	3036	693.00	2.84	3.79	0.75	
Sample4	4036	0.00		2.53	0.90	
Sample5	5036	112.00	2.05	2.85	0.73	

حرف G در کلمات G-SD و G-DI مخفف ژئومتریک (آماره هندسی) میباشد.

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.