EQAP Panel Toggle navigation

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره سی و نهم تابستان 1400

B4 Results

نمونه مجهول B4/1 HbA1c

آزمایشگاه نوبل	**EQAP-10814**	**1118**کد نمونه

< 0.5	**DI**	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	**DI**	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	**DI**	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	**DI**	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	**DI**	وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	**DI**	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
HbA1c	%	5.90	66	5.62	2.34	0.49

Copyright © 2021 IACLD. All rights reserved.