

شرکت آراد پدیده سنجش (آزمایشگاه نوبل اصفهان)

ارزیابی خارجی کیفیت

۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بخش	هورمون ۲	آزمایشگاه / کد	۴۱۱
دوره	۱	شماره نمونه	۲۰۲۵	شرکت ارزیابی کننده

No.	Participant	Test	Kit	Instrument	Lab Result	Group Mean	Group CV%	CCV%	Group SD	SD adjust	Bias%	SDI	تفسیر
1	A-Baqeri	C-peptide		(3)Cobas E411	4.19	4.657	8.6	10	0.401	0.466	10.028	1.002	قابل قبول
2	A-Baqeri	IGE		(3)Cobas E411	418.2	386.104	7.3	10	28.186	38.610	8.313	0.831	عالی
3	A-Baqeri	insulin roche		(3)Cobas E411	32.14	30.83	4.9	10	1.511	3.083	4.249	0.425	عالی
4	A-Baqeri	THYRO*		(3)Cobas E411	74.10	69.34	4.7	10	3.259	6.934	6.865	0.686	عالی
5	A-Baqeri	VITAMIN-B12*		(3)Cobas E411	1055	983.38	6.8	10	66.870	98.338	7.283	0.728	عالی