

# شرکت آراد پدیده سنجش (آزمایشگاه نوبل اصفهان)

ارزیابی خارجی کیفیت

|             |                |         |     |            |       |
|-------------|----------------|---------|-----|------------|-------|
| □ □ □ □ □ □ | آزمایشگاه / کد | انقضادی | بخش | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تاریخ |
|-------------|----------------|---------|-----|------------|-------|

|           |                    |      |             |    |      |
|-----------|--------------------|------|-------------|----|------|
| □ □ □ □ □ | شرکت ارزیابی کننده | ۱۴۰۳ | شماره نمونه | ۱۰ | دوره |
|-----------|--------------------|------|-------------|----|------|

| No. | Participant     | Test                                          | Kit | Instrument | Lab Result | Group Mean | Group CV% | CCV% | Group SD | SD adjust | Bias%  | SDI   | تفسیر     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|------|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1   | M.Bozorgza<br>d | Factor II                                     |     | Sismex     | 70.5       | 69.2       | 8.7       | 10   | 6.020    | 6.920     | 1.879  | 0.188 | عالی      |
| 2   | M.Bozorgza<br>d | Factor V                                      |     | Sismex     | 51.5       | 57.13      | 13        | 15   | 7.427    | 8.570     | 9.855  | 0.657 | عالی      |
| 3   | M.Bozorgza<br>d | Factor VII                                    |     | Sismex     | 82.2       | 105        | 10.7      | 11   | 11.235   | 11.550    | 21.714 | 1.974 | قابل قبول |
| 4   | M.Bozorgza<br>d | Factor VIII                                   |     | Sismex     | 35.8       | 41         | 11.1      | 15   | 4.551    | 6.150     | 12.683 | 0.846 | عالی      |
| 5   | M.Bozorgza<br>d | Factor IX                                     |     | Sismex     | 64.8       | 62.5       | 10.3      | 10   | 6.438    | 6.250     | 3.680  | 0.368 | عالی      |
| 6   | M.Bozorgza<br>d | Factor X                                      |     | Sismex     | 69.9       | 77.72      | 10.4      | 11   | 8.083    | 8.549     | 10.062 | 0.915 | عالی      |
| 7   | M.Bozorgza<br>d | Factor XI                                     |     | Sismex     | 38.4       | 36.18      | 18.1      | 20   | 6.549    | 7.236     | 6.136  | 0.307 | عالی      |
| 8   | M.Bozorgza<br>d | factor XII                                    |     | Sismex     | 65.3       | 61         | 12.5      | 15   | 7.625    | 9.150     | 7.049  | 0.470 | عالی      |
| 9   | M.Bozorgza<br>d | D DIMER<br>NOVIN                              |     | Sismex     | 2405       | 2035       | 26.6      | 20   | 541.310  | 407.000   | 18.182 | 0.909 | عالی      |
| 10  | M.Bozorgza<br>d | Fibrinogen                                    |     | Sismex     | 195        | 183.34     | 10.9      | 10   | 19.984   | 18.334    | 6.360  | 0.636 | عالی      |
| 11  | M.Bozorgza<br>d | Activated<br>Protein<br>Resistance(<br>APCR ) |     | Sismex     | 61.6       | 68.1       | 7.7       | 10   | 5.244    | 6.810     | 9.545  | 0.954 | عالی      |
| 12  | M.Bozorgza<br>d | PRO s<br>Simens                               |     | Sismex     | 73.3       | 63.4       | 10.4      | 10   | 6.594    | 6.340     | 15.615 | 1.562 | قابل قبول |
| 13  | M.Bozorgza<br>d | PT                                            |     | Sismex     | 20.1       | 20.97      | 5.0       | 5.0  | 1.049    | 1.049     | 4.149  | 0.829 | عالی      |
| 14  | M.Bozorgza<br>d | PTT                                           |     | Sismex     | 53.5       | 53.56      | 4.2       | 5    | 2.250    | 2.678     | 0.112  | 0.022 | عالی      |