



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لئوفیلز

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۳۱

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۴۰۳	۱.۳۶	۱۰.۷۳	۰.۳۴	۳.۰۹%	جزئیات
۲	PTT	۴۵.۳۵	۴۲.۹۸	۱۵.۸۹	۰.۶۱	۵.۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول