



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۱۰

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۸.۵۶	۷.۴۹	۴.۶۶	۱.۷۸	۱۴.۲۶%	جزئیات
۲	RBC	۴.۶	۴.۴۱	۲.۷۶	۱.۴۱	۴.۲۱%	جزئیات
۳	Hb	۱۳۲	۱۲۹.۷۹	۲.۳۹	۰.۵۷	۱.۷%	جزئیات
۴	Hct	۳۸	۳۷.۴۱	۳.۹۶	۰.۴۰	۱.۵۸%	جزئیات
۵	MCV	۸۳.۵	۸۴.۷۷	۳.۷۱	-۰.۳۷	۱.۴۹%	جزئیات
۶	MCH	۲۸.۹	۲۹.۲۷	۳.۴۱	-۰.۴۲	۱.۲۷%	جزئیات
۷	MCHC	۳۴۶	۳۴۵.۸۶	۳.۶۲	۰.۰۱	۰.۰۴%	جزئیات
۸	Plts	۲۸۴	۲۵۵.۷۶	۶.۷۴	۱.۱۰	۱۱.۰۴%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول