



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

آزمایشگاه: نوبل ۶۰.۲۱۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	AFP	۱۶۶.۳۰	۱۰۷.۰۷	۹.۳۲	۳.۶۹	۵۵.۳۲%	جزئیات
۲	β hCG	۲۶.۶۹	۳۴.۸۳	۴۱.۰۵	-۲.۳۴	۲۳.۳۶%	جزئیات
۳	Total hCG	۲۶.۶۹	۳۷.۰۱	۳۴.۳۳	-۲.۷۹	۲۷.۸۹%	جزئیات
۴	Unconjugated Estriol(uE ₃)	۴.۱۴	۳.۶۹	۱۴.۲۸	۰.۸۱	۱۲.۱۶%	جزئیات
۵	Inhibin A	۴۴۰.۹	۴۷۷.۴۵	۱۴.۹	-۰.۵۱	۷.۶۶%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول