

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407)

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

H1 Results

شمارش رتیکولوسیت ها

کد نمونه 2534	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

سپرح مختصر بیمار: لام (1)

نوزاد یک روزه ای با زردی محسوس بعد از زایمان بسیری شده است. پزشک درخواست تست CBC داده که دارای اندکسهای به قرار زیر بود، پزشک در نوبت دوم از ارزیابی بیمار درخواست تست رتیک و RPI نمود که گسیره لام مذکور تهیه و در سامانه سیستم میکروسکوپ مجازی CaseViewerPro جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده میباشد:

WBC:26500/ul

RBC:2.9×10⁶/ul

HB: 11.5 g/dl

HCT:34.4%

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Parameter	Correct	Lab.Result	DI	Total Labs	No Answers	Init. Count	Init. Mean	Init. SD	Weight. Count	Weight. Mean	Weight. SD	%CV	Seen	Not Seen
HBody	not seen												225	822
HeinzBody	not seen												350	729
Retic	22	18.00	0.97	1507	3	1504	19.68	4.26	652	21.08	2.40	11.40		
RPI	7.3	7.40	0.17	1507	129	1378	8.01	1.81	1181	7.22	1.81	25.08		

