

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407)

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

## FS Results

## نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1290	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/542/172475)	ng/mL	16.32	78	16.37	12.35	0.03
Free $\beta$ hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/542/172497)	ng/mL	44.80	99	32.97	9.62	2.39
hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/542/172514)	IU/L	69049.00	80	67176.88	12.82	0.19
Inhibib A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/542/172531)	pg/mL	405.00	65	345.01	14.86	1.16
PAPP-A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/542/172544)	mIU/mL	5.27	94	4.60	13.12	0.97

Unconjugated E3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/542/172556)	ng/mL	0.16	106	0.17	36.94	<b>0.33</b>
---	-------	------	-----	------	-------	-------------

---

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.