

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل
- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و دوم تابستان 1401

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

آزمایشگاه نوبل	EQAP-10814	کد نمونه 1162
----------------	------------	---------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP	ng/mL	15.90	4	19.21	20.15	1.15
Free βhCG	ng/mL	21.58	117	21.57	10.27	0.00
hCG	IU/L	46867.00	96	41623.33	13.13	0.84
Inhibin A	pg/mL	286.70	52	251.03	13.96	0.95

<u>Unconjugated</u> <u>E3</u>	ng/mL	1.60	110	1.74	20.43	0.53
--	-------	------	-----	------	-------	------

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.