

[برگشت \(/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407\)](/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407)

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

B3 Results**نمونه مجهول میکروآلبومین UMA**

کد نمونه 1283	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Micoalbumin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/569/172773)	mg/L	93.00	24	85.73	19.59	0.85
Microalbumin/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/569/172799)	mg/g Creatinine	116.25				
Microalbumin (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/569/172800)	mg/24h	130.20	16	126.18	17.04	0.32

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.