

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

• دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره چهل و یکم زمستان 1400

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1151 EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP	ng/mL	20.06	78	18.14	12.70	0.71
Free βhCG	ng/mL	21.39	102	20.16	8.73	0.41
Inhibin A	pg/mL	304.80	59	267.07	13.42	0.94
PAPP-A	mIU/mL	6.46	99	5.62	14.71	1.00

<u>Unconjugated</u> <u>E3</u>	ng/mL	1.00	87	1.18	30.10	1.03
--	-------	------	----	------	-------	------