

- انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران
- دکتر علی عجمی
- نوبل

- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [مشخصات آزمایشگاه](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [ثبت نام دوره های جدید](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

1120 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup % CV	Lab DI
---------	------	------------	-----------------	----------------	----------------	--------

AFP	ng/mL	29.16				
<u>Free βhCG</u>	ng/mL	31.80	73	27.95	14.98	0.92
<u>hCG</u>	IU/L	61168.00	78	47872.93	13.60	1.85
<u>Inhibin A</u>	pg/mL	283.00	52	286.68	12.28	0.09
<u>Unconjugated E3</u>	ng/mL	1.50	79	1.50	17.44	0.01

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.