

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره چهل و یکم زمستان 1400

B4 Results

B4.1 HbA1c نمونه مجهول

| | | | |
|----------|------|------------|----------------|
| کد نمونه | 1632 | EQAP-10814 | آزمایشگاه نوبل |
|----------|------|------------|----------------|

| | | |
|--|----|-----------|
| عملکرد عالی (رنگ آبی) | DI | < 0.5 |
| عملکرد مطلوب (رنگ سبز) | DI | 0.5 - 1.0 |
| نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) | DI | 1.0 - 2.0 |
| نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) | DI | 2.0 - 3.0 |
| وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) | DI | > 3.0 |
| نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range | DI | > 10.0 |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
|-----------------------|------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------|
| HbA1c | % | 5.60 | 21 | 5.64 | 4.96 | 0.09 |

Copyright © 2022 [IACLD](#). All rights reserved.