

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل
- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [مشخصات آزمایشگاه](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [ثبت نام دوره های جدید](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

1523 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

مشخصات دستگاه سل کانتر		
نام	Mindray	
مدل	Mindray. Bc-6800	
< 0.5	DI	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	DI	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	DI	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	DI	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	DI	وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	DI	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<u>Hb</u>	g/dL	10.50	355	10.39	3.53	0.34
<u>Hct</u>	%	30.20	349	29.84	3.58	0.30
<u>MCH</u>	pg	28.30	362	28.92	4.05	0.72
<u>MCHC</u>	g/dL	35.00	356	34.87	3.77	0.09
<u>MCV</u>	fL	80.00	358	82.78	3.16	0.84
<u>Plt</u>	$\times 10^3/\mu\text{L}$	106.00	355	109.88	12.18	0.39
<u>RBC</u>	$\times 10^6/\mu\text{L}$	3.72	350	3.60	2.80	1.07
<u>WBC</u>	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.95	341	3.90	5.28	3.04

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.