

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل

- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [مشخصات آزمایشگاه](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [ثبت نام دوره های جدید](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

B3 Results

نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

1116 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

| | | |
|--|----|-----------|
| عملکرد عالی (رنگ آبی) | DI | < 0.5 |
| عملکرد مطلوب (رنگ سبز) | DI | 0.5 - 1.0 |
| نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) | DI | 1.0 - 2.0 |
| نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) | DI | 2.0 - 3.0 |
| وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) | DI | > 3.0 |
| نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range | DI | > 10.0 |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
|------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------|
| Microalbumin (24h) | mg/24h | 88.20 | 17 | 80.43 | 21.72 | 0.97 |