

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

- نوبل

- منوی اصلی

- [صفحه نخست](#)

- [مشخصات آزمایشگاه](#)

- [دوره های ارزیابی خارجی](#)

- [ثبت نام دوره های جدید](#)

- [خروج](#)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار

آزمایشگاه نوبل EQAP-10814 1436 کد نمونه

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Protein (24h)	mg/24h	1156.40	72	1152.08	8.45	0.04
Creatinine B3	mg/dL	50.58	153	60.79	15.97	1.68
Creatinine 24	mg/24h	708.12	124	839.13	13.85	1.56

<u>Calcium 24</u>	mg/24h	126.00	70	96.42	10.40	3.07
<u>Calcium/Creatinine Ratio</u>	mg/mg	0.18				
<u>Uric Acid B3</u>	mg/dL	18.00	191	26.02	19.49	3.08
<u>Uric Acid 24</u>	mg/24h	252.00	167	369.21	19.36	3.17
<u>UricAcid/Creatinine Ratio</u>	mg/mg	0.36				

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.