

[برگشت \(/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407\)](/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407)

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

C1 Results**نمونه مجهول پلاسمای انعقادی**

کد نمونه 2578	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PT-INR (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/547/172814)	-	1.36	338	1.24	12.15	0.62
PTT (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/547/172830)	Sec.	57.43	23	54.61	15.52	0.34

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.