

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

- نوبل

- منوی اصلی

- [صفحه نخست](#)

- [دوره های ارزیابی خارجی](#)

- [خروج](#)

دوره چهل و دوم تابستان 1401

C1 Results

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

آزمایشگاه نوبل	EQAP-10814	1784 کد نمونه
----------------	------------	---------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PT-INR	-	2.62	150	2.12	18.90	1.57
PTT	Sec.	53.80	13	49.70	9.80	0.55