دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

چاپ | برگشت (/Panel/Labs/Answers/48781)

C1 Results

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

آزمایشگاه نوبل	EQAP-10814	کد نمونه 2273

< 0.5	DI	عملکرد عالی (رنگ آبی)
0.5 - 1.0	DI	عملکرد مطلوب (رنگ سبز)
1.0 - 2.0	DI	نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)
2.0 - 3.0	DI	نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)
> 3.0	DI	وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)
> 10.0	DI	نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PT-INR (/Panel/Analysis/Report/48781/1737/216673)	-	1.27	188	1.24	11.90	**0.14**
PTT (/Panel/Analysis/Report/48781/1737/216690)	Sec.	79.54	29	75.03	15.76	**0.40**

Copyright © 2025 IACLD. All rights reserved.